

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie nr 4/EFRR/10.1/2022

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany (oznacza bezwzględny wymóg, brak żadanego parametru lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty)
1.	Zakup aparatu USG 1 szt. Kod CPV 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne	<p><u>Parametry techniczne nie gorsze niż:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Monitor 21.5" LCD</li> <li>➤ Wbudowany system archiwizacji pozwalający na zapis danych pacjenta, obrazów statycznych pętli obrazowych i raportów z badania wyposażony w zintegrowaną nagrywarkę płyt CD-RW, DVDR/RW oraz możliwości zapisu na kartach pamięci typu flash (pen driver) po wyjściu USB.</li> <li>➤ 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic wyłącznie elektronicznych</li> <li>➤ Głębokość obrazowania od 0 do 33 cm</li> <li>➤ Aparat kompatybilny z posiadanymi przez Zmawiającego głowicami ze złączem typu RS</li> </ul> <p><u>Tryb Pracy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ B-Mode</li> <li>➤ Obrazowanie Harmoniczne z kodowaniem cyfrowym</li> <li>➤ M-Mode</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kolor Doppler (CFM)</li><li>➤ Color Flow</li><li>➤ Power Doppler (PDI) z mapami kierunkowymi</li><li>➤ Doppler Pulsacyjny (PW Doppler)</li><li>➤ M-Color Flow Mode</li></ul> <p><u>Główce elektroniczne szerokopasmowe wieloczęstotliwościowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Głowica liniowa 12L-RS 4.2 – 13.02 MHz – 1 szt.</li><li>➤ Głowica convex 4C- RS 2.0 – 5.0 MHz – 1 szt.</li></ul> <p><u>Urządzenia perfekcyjne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Cyfrowy videoprinter czarno – biały – 1 szt.</li></ul>		
--	--	--	--	--